

放射性物質検査結果（給食まるごと検査）

印西市

検査日	提供期間	提供日数	検査対象施設	検査結果（単位：ベクレル/kg）			
				放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 検査結果
10月31日	10月21日（月）～10月25日（金）	5日間	高花学校給食センター	検出せず (6.82未満)	検出せず (6.90未満)	検出せず (5.96未満)	検出せず
10月24日	10月15（火）,17（木）,18日（金）	3日間	滝野学校給食センター	検出せず (6.07未満)	検出せず (6.19未満)	検出せず (6.17未満)	検出せず
10月22日	10月15（火）～10月18日（金）	4日間	印旛学校給食センター	検出せず (6.87未満)	検出せず (6.93未満)	検出せず (6.70未満)	検出せず
10月17日	10月7（月）～10月11日（金）	5日間	本埜学校給食センター	検出せず (6.55未満)	検出せず (6.52未満)	検出せず (6.85未満)	検出せず
10月15日	10月7（月）～10月11日（金）	5日間	牧の原学校給食センター	検出せず (6.14未満)	検出せず (6.29未満)	検出せず (6.18未満)	検出せず
10月10日	9月30日（月）～10月4日（金）	5日間	高花学校給食センター	検出せず (6.81未満)	検出せず (6.86未満)	検出せず (6.81未満)	検出せず
10月8日	10月1日（火）～10月4日（金）	4日間	木下小学校	検出せず (5.90未満)	検出せず (5.87未満)	検出せず (5.43未満)	検出せず
10月3日	9月24日（火）～9月27日（金）	4日間	滝野学校給食センター	検出せず (6.08未満)	検出せず (5.71未満)	検出せず (6.24未満)	検出せず
10月1日	9月24日（火）～9月27日（金）	4日間	印旛学校給食センター	検出せず (5.84未満)	検出せず (5.93未満)	検出せず (5.55未満)	検出せず

※「検出せず」とは、検出限界値未満であることを示します。括弧内の数字は検出限界値です。
なお、検出限界値は、サンプルの種類等によって異なります。

検査機器

NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター
(ベルトールドテクノロジー社(ドイツ国)製 ガンマ線スペクトロメーターLB2045)

測定条件

- 測定容器：マリネリ容器(420ml)
- 測定時間：900秒

検査方法

厚生労働省「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」、文部科学省「NaI(Tl)機器分析法」、科学技術庁測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメータのための試料前処理法」に準じています。

問い合わせ先

給食食材に関するお問い合わせは、各給食調理施設へご連絡ください。