# 放射性物質検査結果（食材検査）

印西市

| 検査日 | 使用日 | 検査品目 | 食材産地 | 検査対象施設 | 検査結果（単位：ベクレル/kg）<br>放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月30日 | 2月10日 | 豚肉 | 千葉県 | 本埜学校給食センター | 検出せず（5.90未満） | 検出せず（7.01未満） | 検出せず（4.53未満） | 検出せず |
| 1月30日 | 2月26日 | 豆腐 | 千葉県 | 本埜学校給食センター | 検出せず（5.64未満） | 検出せず（6.70未満） | 検出せず（5.79未満） | 検出せず |
| 1月30日 | 2月5日 | コンニャク | 群馬県 | 本埜学校給食センター | 検出せず（5.62未満） | 検出せず（6.84未満） | 検出せず（5.04未満） | 検出せず |
| 1月30日 | 2月10日 | にらまんじゅう | 千葉県 | 本埜学校給食センター | 検出せず（5.71未満） | 検出せず（9.41未満） | 検出せず（4.67未満） | 検出せず |
| 1月30日 | 2月 | 白米 | 千葉県 | 本埜学校給食センター | 検出せず（6.33未満） | 検出せず（5.98未満） | 検出せず（6.45未満） | 検出せず |
| 1月28日 | 1月30日 | いわしのみりん干し | 千葉県 | 牧の原学校給食センター | 検出せず（5.46未満） | 検出せず（6.59未満） | 検出せず（4.77未満） | 検出せず |
| 1月28日 | 1月30日 | ホウレンソウ | 千葉県 | 牧の原学校給食センター | 検出せず（6.05未満） | 検出せず（8.05未満） | 検出せず（6.09未満） | 検出せず |
| 1月28日 | 2月5日 | サツマイモ | 千葉県 | 牧の原学校給食センター | 検出せず（5.97未満） | 検出せず（5.26未満） | 検出せず（6.07未満） | 検出せず |
| 1月28日 | 2月19日 | 葉ネギ | 千葉県 | 牧の原学校給食センター | 検出せず（5.96未満） | 検出せず（8.28未満） | 検出せず（6.21未満） | 検出せず |
| 1月28日 | 2月5日 | 白菜 | 茨城県 | 牧の原学校給食センター | 検出せず（6.09未満） | 検出せず（6.36未満） | 検出せず（6.19未満） | 検出せず |
| 1月23日 | 2月3日 | ニンジン | 千葉県 | 高花学校給食センター | 検出せず（6.89未満） | 検出せず（7.09未満） | 検出せず（5.74未満） | 検出せず |
| 1月23日 | 2月26日 | 白菜 | 茨城県 | 高花学校給食センター | 検出せず（6.56未満） | 検出せず（8.79未満） | 検出せず（6.73未満） | 検出せず |
| 1月23日 | 2月3日 | 小松菜 | 千葉県 | 高花学校給食センター | 検出せず（6.86未満） | 検出せず（7.06未満） | 検出せず（6.39未満） | 検出せず |
| 1月23日 | 2月17日 | 豚肉 | 千葉県 | 高花学校給食センター | 検出せず（5.91未満） | 検出せず（7.06未満） | 検出せず（6.07未満） | 検出せず |
| 1月23日 | 2月19日 | ひじき | 千葉県 | 高花学校給食センター | 検出せず（6.58未満） | 検出せず（6.74未満） | 検出せず（5.25未満） | 検出せず |
| 1月21日 | 1月27日 | 大根 | 千葉県 | 滝野学校給食センター | 検出せず（7.37未満） | 検出せず（7.43未満） | 検出せず（7.52未満） | 検出せず |
| 1月21日 | 1月27日 | 小松菜 | 千葉県 | 滝野学校給食センター | 検出せず（7.59未満） | 検出せず（8.77未満） | 検出せず（7.41未満） | 検出せず |
| 1月21日 | 1月27日 | 長ネギ | 千葉県 | 滝野学校給食センター | 検出せず（7.31未満） | 検出せず（7.36未満） | 検出せず（7.45未満） | 検出せず |
| 1月21日 | 1月27日 | もやし | 千葉県 | 滝野学校給食センター | 検出せず（7.39未満） | 検出せず（7.44未満） | 検出せず（7.53未満） | 検出せず |
| 1月21日 | 1月28日 | ピーマン | 茨城県 | 滝野学校給食センター | 検出せず（7.29未満） | 検出せず（7.35未満） | 検出せず（5.24未満） | 検出せず |
| 1月16日 | 1月22日 | もやし | 千葉県 | 印旛学校給食センター | 検出せず（6.77未満） | 検出せず（8.10未満） | 検出せず（6.48未満） | 検出せず |
| 1月16日 | 1月22日 | キャベツ | 千葉県 | 印旛学校給食センター | 検出せず（6.75未満） | 検出せず（6.93未満） | 検出せず（6.82未満） | 検出せず |
| 1月16日 | 1月22日 | ニンジン | 千葉県 | 印旛学校給食センター | 検出せず（7.03未満） | 検出せず（7.73未満） | 検出せず（7.24未満） | 検出せず |
| 1月16日 | 1月27日 | コンニャク | 群馬県・山梨県 | 印旛学校給食センター | 検出せず（6.69未満） | 検出せず（8.29未満） | 検出せず（6.88未満） | 検出せず |
| 1月16日 | 1月20日 | 卵 | 千葉県 | 印旛学校給食センター | 検出せず（6.52未満） | 検出せず（8.89未満） | 検出せず（6.18未満） | 検出せず |
| 1月14日 | 1月21日 | 大根 | 千葉県 | 本埜学校給食センター | 検出せず（8.33未満） | 検出せず（8.52未満） | 検出せず（7.82未満） | 検出せず |
| 1月14日 | 1月21日 | ニンジン | 千葉県 | 本埜学校給食センター | 検出せず（8.62未満） | 検出せず（8.82未満） | 検出せず（8.54未満） | 検出せず |
| 1月14日 | 1月30日 | サツマイモ | 千葉県 | 本埜学校給食センター | 検出せず（6.58未満） | 検出せず（7.30未満） | 検出せず（6.72未満） | 検出せず |
| 1月14日 | 1月17日 | もやし | 千葉県 | 本埜学校給食センター | 検出せず（7.96未満） | 検出せず（8.15未満） | 検出せず（8.13未満） | 検出せず |
| 1月14日 | 1月21日 | 小松菜 | 東京都 | 本埜学校給食センター | 検出せず（8.41未満） | 検出せず（8.60未満） | 検出せず（8.73未満） | 検出せず |
| 1月9日 | 1月29日 | ヨーグルト | 千葉県・北海道 | 牧の原学校給食センター | 検出せず（6.09未満） | 検出せず（6.16未満） | 検出せず（6.04未満） | 検出せず |
| 1月9日 | 1月24日 | 豚肉 | 千葉県 | 牧の原学校給食センター | 検出せず（6.06未満） | 検出せず（8.88未満） | 検出せず（5.28未満） | 検出せず |
| 1月9日 | 1月23日 | レンコン | 千葉県 | 牧の原学校給食センター | 検出せず（6.17未満） | 検出せず（6.24未満） | 検出せず（5.02未満） | 検出せず |
| 1月9日 | 1月28日 | サツマイモ | 茨城県 | 牧の原学校給食センター | 検出せず（7.49未満） | 検出せず（7.58未満） | 検出せず（7.75未満） | 検出せず |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 | 1月22日 | チンゲン菜 | 茨城県 | 牧の原学校給食センター | 検出せず（6.84未満） | 検出せず（6.67未満） | 検出せず（7.07未満） | 検出せず |
| 1月7日 | 1月9日 | サトイモ | 千葉県 | 高花学校給食センター | 検出せず（6.81未満） | 検出せず（7.02未満） | 検出せず（7.35未満） | 検出せず |
| 1月7日 | 1月14日 | レンコン | 千葉県 | 高花学校給食センター | 検出せず（6.33未満） | 検出せず（6.97未満） | 検出せず（6.26未満） | 検出せず |
| 1月7日 | 1月31日 | なめこ | 新潟県 | 高花学校給食センター | 検出せず（6.91未満） | 検出せず（7.01未満） | 検出せず（6.61未満） | 検出せず |
| 1月7日 | 1月21日 | サツマイモ | 茨城県 | 高花学校給食センター | 検出せず（5.91未満） | 検出せず（5.90未満） | 検出せず（6.54未満） | 検出せず |
| 1月7日 | 1月14日 | セリ | 茨城県 | 高花学校給食センター | 検出せず（6.69未満） | 検出せず（8.04未満） | 検出せず（6.61未満） | 検出せず |

※「検出せず」とは、検出限界値未満であることを示します。括弧内の数字は検出限界値です。
なお、検出限界値は、サンプルの種類等によって異なります。

検査機器

NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター

（ベルトールドテクノロジー社（ドイツ国）製　ガンマ線スペクトロメーターLB2045）

測定条件

●測定容器 : マリネリ容器（420ml）

●測定時間 : 900秒

検査方法

厚生労働省「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」、文部科学省「NaI(Tl)機器分析法」、科学技術庁測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメータのための試料前処理法」に準じています。

問い合わせ先

給食食材に関するお問い合わせは、各給食調理施設へご連絡ください。