

放射性物質検査結果（給食まるごと検査）

印西市

検査日	提供期間	提供日数	検査対象施設	検査結果（単位：ベクレル/kg）			
				放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 検査結果
3月20日	3月10日（月）～3月14日（金）	5日間	高花学校給食センター	検出せず (6.38未満)	検出せず (7.61未満)	検出せず (6.52未満)	検出せず
3月18日	3月10日（月）～3月14日（金）	5日間	滝野学校給食センター	検出せず (5.62未満)	検出せず (6.73未満)	検出せず (5.84未満)	検出せず
3月13日	3月3日（月）～3月7日（金）	5日間	印旛学校給食センター	検出せず (5.62未満)	検出せず (4.81未満)	検出せず (5.59未満)	検出せず
3月11日	3月3日（月）～3月7日（金）	5日間	本埜学校給食センター	検出せず (5.59未満)	検出せず (6.61未満)	検出せず (5.58未満)	検出せず
3月6日	2月24日（月）～2月28日（金）	5日間	牧の原学校給食センター	検出せず (5.31未満)	検出せず (8.18未満)	検出せず (5.42未満)	検出せず
3月4日	2月24日（月）～2月28日（金）	5日間	高花学校給食センター	検出せず (5.86未満)	検出せず (8.99未満)	検出せず (5.57未満)	検出せず

※「検出せず」とは、検出限界値未満であることを示します。括弧内の数字は検出限界値です。
 なお、検出限界値は、サンプルの種類等によって異なります。

検査機器

NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター
 （ベルトールドテクノロジー社（ドイツ国）製 ガンマ線スペクトロメーターLB2045）

測定条件

- 測定容器：マリネリ容器（420ml）
- 測定時間：900秒

検査方法

厚生労働省「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」、文部科学省「NaI(Tl)機器分析法」、科学技術庁測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメータのための試料前処理法」に準じています。

問い合わせ先

給食食材に関するお問い合わせは、各給食調理施設へご連絡ください。