

## 放射性物質検査結果（給食まるごと検査）

印西市

検査日	提供期間	提供日数	検査対象施設	検査結果（単位：ベクレル/kg）			
				放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 検査結果
12月18日	12月8日（月）～12月12日（金）	5日間	高花学校給食センター	検出せず (5.15未満)	検出せず (5.45未満)	検出せず (4.76未満)	検出せず
12月16日	12月8日（月）～12月12日（金）	5日間	滝野学校給食センター	検出せず (5.73未満)	検出せず (6.85未満)	検出せず (5.82未満)	検出せず
12月11日	12月1日（月）～12月5日（金）	5日間	印旛学校給食センター	検出せず (5.59未満)	検出せず (6.75未満)	検出せず (5.06未満)	検出せず
12月9日	12月1日（月）～12月5日（金）	5日間	本埜学校給食センター	検出せず (6.07未満)	検出せず (7.18未満)	検出せず (5.60未満)	検出せず
12月4日	11月25日（火）～11月28日（金）	4日間	牧の原学校給食センター	検出せず (5.08未満)	検出せず (6.09未満)	検出せず (4.90未満)	検出せず
12月2日	11月25日（火）～11月28日（金）	4日間	高花学校給食センター	検出せず (5.33未満)	検出せず (7.49未満)	検出せず (5.29未満)	検出せず

※「検出せず」とは、検出限界値未満であることを示します。括弧内の数字は検出限界値です。  
 なお、検出限界値は、サンプルの種類等によって異なります。

### 検査機器

NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター

（ベルトールドテクノロジー社（ドイツ国）製 ガンマ線スペクトロメーターLB2045）

### 測定条件

●測定容器：マリネリ容器（420ml）

●測定時間：900秒

### 検査方法

厚生労働省「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」、文部科学省「NaI(Tl)機器分析法」、科学技術庁測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメータのための試料前処理法」に準じています。

### 問い合わせ先

給食食材に関するお問い合わせは、各給食調理施設へご連絡ください。