

放射性物質検査結果（給食まるごと検査）

印西市

検査日	提供期間	提供日数	検査対象施設	検査結果（単位：ベクレル/kg）			
				放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 検査結果
10月27日	10月17日（月）～10月21日（金）	5日間	牧の原学校給食センター	検出せず （3.62未満）	検出せず （5.08未満）	検出せず （4.61未満）	検出せず
10月25日	10月17日（月）～10月21日（金）	5日間	高花学校給食センター	検出せず （3.41未満）	検出せず （4.75未満）	検出せず （4.35未満）	検出せず
10月20日	10月11日（火）～10月14日（金）	4日間	滝野学校給食センター	検出せず （3.60未満）	検出せず （6.55未満）	検出せず （4.58未満）	検出せず
10月18日	10月11日（火）～10月14日（金）	4日間	印旛学校給食センター	検出せず （3.17未満）	検出せず （5.58未満）	検出せず （4.23未満）	検出せず
10月13日	10月3日（月）～10月7日（金）	5日間	本埜学校給食センター	検出せず （3.22未満）	検出せず （4.52未満）	検出せず （4.24未満）	検出せず
10月11日	10月3日（月）～10月7日（金）	5日間	牧の原学校給食センター	検出せず （3.38未満）	検出せず （5.74未満）	検出せず （4.68未満）	検出せず
10月6日	9月26日（月）～9月30日（金）	5日間	高花学校給食センター	検出せず （4.26未満）	検出せず （5.96未満）	検出せず （4.53未満）	検出せず
10月4日	9月26日（月）～9月30日（金）	5日間	滝野学校給食センター	検出せず （3.38未満）	検出せず （4.02未満）	検出せず （4.28未満）	検出せず

※「検出せず」とは、検出限界値未満であることを示します。括弧内の数字は検出限界値です。
なお、検出限界値は、サンプルの種類等によって異なります。

検査機器

NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター

（ベルトールドテクノロジー社（ドイツ国）製 ガンマ線スペクトロメーターLB2045）

測定条件

●測定容器：マリネリ容器（420ml）

●測定時間：900秒

検査方法

厚生労働省「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」、文部科学省「NaI(Tl)機器分析法」、科学技術庁測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメータのための試料前処理法」に準じています。

問い合わせ先

給食食材に関するお問い合わせは、各給食調理施設へご連絡ください。