

## 放射性物質検査結果（食材検査）

印西市

検査日	使用日	検査品目	食材産地	検査対象施設	検査結果（単位：ベクレル/kg）			
					放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 検査結果
5月29日	6月1日	きゅうり	千葉県	印旛学校給食センター	検出せず (3.67未満)	検出せず (6.83未満)	検出せず (7.24未満)	検出せず
5月29日	6月1日	にんじん	千葉県	印旛学校給食センター	検出せず (3.55未満)	検出せず (5.23未満)	検出せず (5.83未満)	検出せず
5月29日	6月8日	じゃがいも	千葉県	印旛学校給食センター	検出せず (3.80未満)	検出せず (5.60未満)	検出せず (5.44未満)	検出せず
5月29日	6月5日	白米	千葉県	印旛学校給食センター	検出せず (3.93未満)	検出せず (5.79未満)	検出せず (6.23未満)	検出せず
5月29日	6月6日	豚肉	千葉県	印旛学校給食センター	検出せず (3.50未満)	検出せず (6.20未満)	検出せず (6.37未満)	検出せず
5月22日	6月1日	白米	千葉県	中央学校給食センター第一調理場	検出せず (3.57未満)	検出せず (6.04未満)	検出せず (6.48未満)	検出せず
5月22日	6月14日	長ねぎ	千葉県	中央学校給食センター第一調理場	検出せず (3.46未満)	検出せず (6.01未満)	検出せず (6.24未満)	検出せず
5月22日	6月5日	きゅうり	千葉県	中央学校給食センター第一調理場	検出せず (3.64未満)	検出せず (5.26未満)	検出せず (6.61未満)	検出せず
5月22日	6月14日	大根	千葉県	中央学校給食センター第一調理場	検出せず (3.86未満)	検出せず (6.04未満)	検出せず (7.01未満)	検出せず
5月22日	6月1日	豆腐	千葉県	中央学校給食センター第一調理場	検出せず (3.24未満)	検出せず (4.70未満)	検出せず (5.92未満)	検出せず
5月15日	5月29日	卵焼き	千葉県	牧の原学校給食センター	検出せず (3.23未満)	検出せず (4.64未満)	検出せず (5.87未満)	検出せず
5月15日	5月30日	ほうれん草	茨城県	牧の原学校給食センター	検出せず (4.78未満)	検出せず (8.50未満)	検出せず (9.21未満)	検出せず
5月15日	5月22日	ズッキーニ	千葉県	牧の原学校給食センター	検出せず (3.98未満)	検出せず (5.72未満)	検出せず (6.97未満)	検出せず
5月15日	5月23日	納豆	栃木県、岩手県、北海道	牧の原学校給食センター	検出せず (3.32未満)	検出せず (4.76未満)	検出せず (5.95未満)	検出せず
5月15日	5月29日	豚肉	千葉県	牧の原学校給食センター	検出せず (3.20未満)	検出せず (4.60未満)	検出せず (5.73未満)	検出せず
5月8日	5月	白米	千葉県	中央学校給食センター第二調理場	検出せず (3.71未満)	検出せず (6.45未満)	検出せず (7.11未満)	検出せず
5月8日	5月14日	チンゲン菜	茨城県	中央学校給食センター第二調理場	検出せず (3.57未満)	検出せず (5.28未満)	検出せず (6.40未満)	検出せず
5月8日	5月16日	にら	千葉県	中央学校給食センター第二調理場	検出せず (3.75未満)	検出せず (6.23未満)	検出せず (6.40未満)	検出せず
5月8日	5月17日	マッシュルーム	千葉県	中央学校給食センター第二調理場	検出せず (3.42未満)	検出せず (5.05未満)	検出せず (6.24未満)	検出せず
5月8日	5月31日	豚肉	千葉県	中央学校給食センター第二調理場	検出せず (3.29未満)	検出せず (5.67未満)	検出せず (6.05未満)	検出せず
5月1日	5月28日	豚肉	千葉県	印旛学校給食センター	検出せず (3.23未満)	検出せず (4.49未満)	検出せず (5.75未満)	検出せず
5月1日	5月18日	さつまいも	千葉県	印旛学校給食センター	検出せず (3.34未満)	検出せず (4.88未満)	検出せず (6.00未満)	検出せず
5月1日	5月7日	キャベツ	千葉県	印旛学校給食センター	検出せず (4.50未満)	検出せず (6.58未満)	検出せず (6.49未満)	検出せず
5月1日	5月17日	セロリ	茨城県	印旛学校給食センター	検出せず (3.13未満)	検出せず (4.59未満)	検出せず (5.04未満)	検出せず
5月1日	5月18日	白菜	茨城県	印旛学校給食センター	検出せず (3.43未満)	検出せず (5.03未満)	検出せず (6.35未満)	検出せず

※「検出せず」とは、検出限界値未満であることを示します。括弧内の数字は検出限界値です。  
 なお、検出限界値は、サンプルの種類等によって異なります。

### 検査機器

NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター

（ベルトールドテクノロジー社（ドイツ国）製 ガンマ線スペクトロメーターLB2045）

### 測定条件

●測定容器：マリネリ容器(420ml)

●測定時間：900秒

#### 検査方法

厚生労働省「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」、文部科学省「NaI(Tl)機器分析法」、科学技術庁測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメータのための試料前処理法」に準じています。

#### 問い合わせ先

給食食材に関するお問い合わせは、各給食調理施設へご連絡ください。