

## 放射性物質検査結果（給食まるごと検査）

令和3年度

印西市

検査日	提供期間	提供日数	検査対象施設	検査結果（単位：ベクレル/kg）			
				放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 検査結果
5月27日	5月17日(月)～5月21日(金)	5日間	中央学校給食センター 第一調理場	検出せず (3.93未満)	検出せず (5.33未満)	検出せず (6.54未満)	検出せず
5月20日	5月10日(月)～5月14日(金)	5日間	牧の原学校給食センター	検出せず (3.57未満)	検出せず (5.88未満)	検出せず (6.07未満)	検出せず
5月13日	5月6日(木)～5月7日(金)	2日間	中央学校給食センター 第二調理場	検出せず (3.28未満)	検出せず (4.50未満)	検出せず (4.83未満)	検出せず
5月6日	4月26日(月)～4月30日(金)	4日間	印旛学校給食センター	検出せず (3.69未満)	検出せず (5.98未満)	検出せず (6.18未満)	検出せず

※「検出せず」とは、検出限界値未満であることを示します。括弧内の数字は検出限界値です。  
 なお、検出限界値は、サンプルの種類等によって異なります。

### 検査機器

NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター

(ベルトールドテクノロジー社(ドイツ国)製 ガンマ線スペクトロメーターLB2045)

### 測定条件

- 測定容器：マリネリ容器(420ml)
- 測定時間：900秒

### 検査方法

厚生労働省「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」、文部科学省「NaI(Tl)機器分析法」、科学技術庁測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメータのための試料前処理法」に準じています。

### 問い合わせ先

給食食材に関するお問い合わせは、各給食調理施設へご連絡ください。