

放射性物質検査結果（給食まるごと検査）

令和3年度

印西市

検査日	提供期間	提供日数	検査対象施設	検査結果(単位:ベクレル/kg)			
				放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 検査結果
12月23日	12月13日(月)~12月17日(金)	5日間	牧の原学校給食センター	検出せず (4.41未満)	検出せず (5.95未満)	検出せず (7.07未満)	検出せず
12月16日	12月6日(月)~12月10日(金)	5日間	中央学校給食センター 第二調理場	検出せず (4.30未満)	検出せず (5.43未満)	検出せず (5.32未満)	検出せず
12月9日	11月29日(月)~12月3日(金)	5日間	印旛学校給食センター	検出せず (3.94未満)	検出せず (6.43未満)	検出せず (6.44未満)	検出せず
12月2日	11月22日(月)~11月26日(金)	4日間	中央学校給食センター 第一調理場	検出せず (4.10未満)	検出せず (5.81未満)	検出せず (5.96未満)	検出せず

※「検出せず」とは、検出限界値未満であることを示します。括弧内の数字は検出限界値です。
 なお、検出限界値は、サンプルの種類等によって異なります。

検査機器

NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター

(ベルトールドテクノロジー社(ドイツ国)製 ガンマ線スペクトロメーターLB2045)

測定条件

- 測定容器：マリネリ容器(420ml)
- 測定時間：900秒

検査方法

厚生労働省「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」、文部科学省「NaI(Tl)機器分析法」、科学技術庁測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメータのための試料前処理法」に準じています。

問い合わせ先

給食食材に関するお問い合わせは、各給食調理施設へご連絡ください。