

## 放射性物質検査結果（食材検査）

令和4年

印西市

検査日	使用日	検査品目	食材産地	検査対象施設	検査結果(単位:ベクレル/kg)			
					放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 検査結果
1月25日	2月1日	トマト	印西市	中央学校給食センター 第二調理場	検出せず (5.50未満)	検出せず (7.24未満)	検出せず (9.21未満)	検出せず
1月25日	2月14日	長ねぎ	印西市	中央学校給食センター 第二調理場	検出せず (4.76未満)	検出せず (6.27未満)	検出せず (6.68未満)	検出せず
1月25日	2月21日	かぶ	印西市	中央学校給食センター 第二調理場	検出せず (4.93未満)	検出せず (6.50未満)	検出せず (7.30未満)	検出せず
1月18日	2月1日	にんじん	千葉県	印旛学校給食センター	検出せず (4.55未満)	検出せず (6.20未満)	検出せず (6.37未満)	検出せず
1月18日	2月3日	小松菜	千葉県	印旛学校給食センター	検出せず (5.60未満)	検出せず (7.63未満)	検出せず (9.22未満)	検出せず
1月18日	2月4日	白菜	印西市	印旛学校給食センター	検出せず (4.98未満)	検出せず (6.78未満)	検出せず (7.81未満)	検出せず
1月11日	1月13日	ほうれん草	千葉県	中央学校給食センター 第一調理場	検出せず (5.90未満)	検出せず (7.89未満)	検出せず (9.41未満)	検出せず
1月11日	1月14日	大根	印西市	中央学校給食センター 第一調理場	検出せず (4.80未満)	検出せず (6.41未満)	検出せず (6.28未満)	検出せず
1月11日	1月24日	ごぼう	印西市	中央学校給食センター 第一調理場	検出せず (6.76未満)	検出せず (12.19未満)	検出せず (9.24未満)	検出せず

※ 「検出せず」とは、検出限界値未満であることを示します。括弧内の数字は検出限界値です。  
 なお、検出限界値は、サンプルの種類等によって異なります。

### 検査機器

NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター

(ベルトールドテクノロジー社(ドイツ国)製 ガンマ線スペクトロメーターLB2045)

### 測定条件

- 測定容器：マリネリ容器(420ml)
- 測定時間：900秒

### 検査方法

厚生労働省「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」、文部科学省「NaI(Tl)機器分析法」、科学技術庁測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメータのための試料前処理法」に準じています。

### 問い合わせ先

給食食材に関するお問い合わせは、各給食調理施設へご連絡ください。