

放射性物質検査結果（給食まるごと検査）

印西市

検査日	提供期間	提供日数	検査対象施設	検査結果（単位：ベクレル/kg）			
				放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 検査結果
1月10日	1月9日（水）	1日間	牧の原学校給食センター	検出せず (6.55未満)	検出せず (8.52未満)	検出せず (6.60未満)	検出せず
1月15日	1月9日（水）～1月11日（金）	3日間	本埜学校給食センター	検出せず (7.25未満)	検出せず (9.48未満)	検出せず (6.62未満)	検出せず
1月17日	1月9日（水）～1月11日（金）	3日間	印旛学校給食センター	検出せず (3.64未満)	検出せず (3.78未満)	検出せず (3.81未満)	検出せず
1月22日	1月15日（火）～1月18日（金）	4日間	滝野学校給食センター	検出せず (5.64未満)	検出せず (8.03未満)	検出せず (4.67未満)	検出せず
1月24日	1月15日（火）～1月18日（金）	4日間	木下小学校	検出せず (6.86未満)	検出せず (8.19未満)	検出せず (6.16未満)	検出せず
1月29日	1月21日（月）～1月25日（金）	5日間	高花学校給食センター	検出せず (6.49未満)	検出せず (9.02未満)	検出せず (6.74未満)	検出せず
1月31日	1月21日（月）～1月25日（金）	5日間	牧の原学校給食センター	検出せず (6.79未満)	検出せず (6.85未満)	検出せず (7.04未満)	検出せず

※3学期は、1月9日（水）より給食の提供開始。

※1月14日（月）は、祝日のため給食の提供なし。

※「検出せず」とは、検出限界値未満であることを示します。括弧内の数字は検出限界値です。
なお、検出限界値は、サンプルの種類等によって異なります。

検査機器

NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター
(ベルトールドテクノロジー社(ドイツ国)製 ガンマ線スペクトロメーターLB2045)

測定条件

- 測定容器：マリネリ容器(420ml)
- 測定時間：900秒

検査方法

厚生労働省「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」、文部科学省「NaI(Tl)機器分析法」、科学技術庁測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメータのための試料前処理法」に準じています。

問い合わせ先

給食食材に関するお問い合わせは、各給食調理施設へご連絡ください。