

放射性物質検査結果（給食まるごと検査）

印西市

検査日	提供期間	提供日数	検査対象施設	検査結果（単位：ベクレル/kg）			
				放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 検査結果
9月26日	9月17日（火）～9月20日（金）	4日間	本埜学校給食センター	検出せず (5.68未満)	検出せず (7.13未満)	検出せず (5.61未満)	検出せず
9月24日	9月17日（火）～9月20日（金）	4日間	牧の原学校給食センター	検出せず (5.86未満)	検出せず (5.92未満)	検出せず (5.04未満)	検出せず
9月19日	9月9日（月）～9月13日（金）	5日間	高花学校給食センター	検出せず (6.47未満)	検出せず (6.63未満)	検出せず (5.77未満)	検出せず
9月17日	9月9日（月）～9月13日（金）	5日間	木下小学校	検出せず (6.46未満)	検出せず (8.92未満)	検出せず (6.35未満)	検出せず
9月12日	9月3日（火）～9月6日（金）	4日間	滝野学校給食センター	検出せず (6.40未満)	検出せず (7.65未満)	検出せず (6.26未満)	検出せず
9月10日	9月3日（火）～9月6日（金）	4日間	印旛学校給食センター	検出せず (6.97未満)	検出せず (8.49未満)	検出せず (5.99未満)	検出せず
9月5日	9月3日（火）～9月4日（水）	2日間	本埜学校給食センター	検出せず (6.15未満)	検出せず (6.24未満)	検出せず (5.89未満)	検出せず

※「検出せず」とは、検出限界値未満であることを示します。括弧内の数字は検出限界値です。
 なお、検出限界値は、サンプルの種類等によって異なります。

検査機器

NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター
 （ベルトールドテクノロジー社（ドイツ国）製 ガンマ線スペクトロメーターLB2045）

測定条件

- 測定容器：マリネリ容器（420ml）
- 測定時間：900秒

検査方法

厚生労働省「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」、文部科学省「NaI(Tl)機器分析法」、科学技術庁測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメータのための試料前処理法」に準じています。

問い合わせ先

給食食材に関するお問い合わせは、各給食調理施設へご連絡ください。